



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

2ª ERRATA

A Pregoeira no uso de suas atribuições legais, designada sob Decreto nº 090/2015 de 13/04/2015, **RETIFICA** as especificações do Edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2015 – PMM**, que prevê a **AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL HOSPITALAR**, conforme abaixo, **PRORROGANDO** a data de abertura do certame para o dia **10/06/2015 às 14:00 HORAS.**

ITEM 01 – ONDE SE LÊ: Lavadora extratora horizontal hospitalar com capacidade mínima para 30kg de roupas, própria para lavagem/enxague e centrifugação de produto têxtil, com barreira sanitária. Cesto interno rotativo para retenção dos tecidos e cesto externo estanque para retenção das soluções químicas utilizadas nos processos. Sustentados por cabeceiras estruturadas. Cesto interno: Fabricado em aço inoxidável, sem divisão, com duas portas de acesso. Cesto externo: Fabricado em aço inoxidável, fixado nas cabeceiras, duas portas frontais, sendo uma para o lado onde são colocadas as roupas sujas e outra para o lado onde são retiradas as roupas lavadas, acionamento automático de até 04 produtos químicos por processo. Barreira sanitária: Carenagem em forma retangular que acoplada a abertura da parede forma uma barreira lado limpo/sujo, formando uma barreira anti infecção cruzada. Estrutura: Base de estruturação em perfis e cabeceiras fabricadas em chapa de aço com tratamento anti ferrugem, recebendo pintura de acabamento em epóxi. As partes internas das cabeceiras revestidas em aço inoxidável. Acionamento: Por meio de motor de indução trifásica de alto rendimento com potência mínima de 1 CV. Transmissão: Eixo em aço 1045, usinado, retificado e cromado com dureza 50 própria para produtos químicos e água, sustentado em mancais com rolamentos auto compensadores super dimensionados, polias e correias em micro V alto torque e alta velocidade. Nível de água: Totalmente automático com três níveis de água, s/água, baixo e alto, com visor embutido na parte frontal da máquina. Painel de comando. Lado contaminado - Embutido na própria carenagem da máquina com proteção contra umidade, de fácil operação, botoeiras, sinalizadores, seccionadora e botões de emergência. Lado limpo - Acionamento através de botoeiras instaladas no painel de comando. Chave para posicionar a porta do cesto interno com o externo. Alarme sonoro, botão abre e fecha porta e sinaleiros led de indicação. Garantia mínima de 01 ano.

LEIA-SE: Lavadora extratora frontal hospitalar fabricada em aço inoxidável AISI 304, com capacidade mínima para 30kg de roupas, própria para lavagem/enxague e centrifugação de produto têxtil, com barreira sanitária. Cesto interno rotativo para retenção dos tecidos e cesto externo estanque para retenção das soluções químicas utilizadas nos processos. Sustentados por Base, estrutura frontal e traseira em aço inoxidável AISI 304. Cesto interno: Fabricado em aço inoxidável, sem divisão, com uma porta de acesso na área contaminada e outra na área limpa. Cesto externo: Fabricado em aço inoxidável, fixado nas cabeceiras, duas portas fronto lateral, sendo uma para o lado onde são colocadas as roupas sujas e outra para o lado onde são retiradas as roupas limpas. Acionamento automático de até 04 produtos químicos por processo. Barreira sanitária: Moldura em forma retangular que acoplada a abertura da parede forma uma barreira lado limpo/sujo, formando uma barreira anti infecção cruzada. Estrutura: Base, Estrutura frontal e traseira em aço inoxidável. As partes internas das cabeceiras deverão ser em aço inoxidável ou no mínimo revestidas em aço inoxidável. Acionamento: Por meio de motor de indução trifásica de alto rendimento com potência mínima de 1 CV. Centrifugação com no mínimo de 450 RPM. Transmissão: Eixo em aço 1045, usinado, e revestido com aço inox AISI 304, com dureza 50, própria para produtos químicos e água, sustentado em mancais com rolamentos auto compensadores super dimensionados, polias e correias em V alto torque e alta velocidade. Nível de água: Totalmente automático com três níveis de água - s/água, nível baixo e nível alto, com visor embutido na parte frontal da máquina. Painéis de comando: Lado contaminado - Embutido na própria carenagem da máquina com proteção contra umidade, de fácil operação, botoeiras, sinalizadores, seccionadora e botões de emergência. Lado limpo - Acionamento através de botoeiras instaladas no painel de comando. Chave para posicionar a porta do cesto interno como externo. Alarme sonoro, botão abre e fecha a porta, sinaleiros led de indicação. CLP com no mínimo 15 programas com 15 etapas diferentes para controle automático das seguintes funções: lavagem, distribuição, centrifugação, freio, nível de água, entrada de água, entrada de produtos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

químicos, saída de água, temperatura (entrada de vapor) e tempo de processamento. Todas as despesas com transporte e instalação do equipamento ficará a cargo da empresa vencedora do certame, que deverá fornecer toda orientação quanto a preparação do local onde será instalada a máquina, além de informações sobre fiações, disjuntores, quadro elétrico, escoamento e entrada de água e outras informações inerentes para a correta instalação e funcionamento do equipamento. Garantia mínima de 01ano.

Matinhos, 21 de maio de 2015.

JANETE DE FÁTIMA SCHMITZ
Pregoeira